



INSTYTUT GENETYKI i HODOWLI ZWIERZĄT

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

ul. POSTĘPU 1, JASTRZĘBIEC, 05-552 WÓLKA KOSOWSKA

Tel. 022 756 17 11 do 18, Fax:, 022 7561417, 022 7561699

Jastrzębiec, 09.04.2010r.

Dotyczy przetargu DAZ-2401/9/10 na zakup i dostawę wyrobów laboratoryjnych z tworzyw sztucznych.

Do zamawiającego wpłynęły następujące pytania, na które odpowiedzi zamawiający publikuje poniżej:

Część 39 poz. 202

Czy Zamawiający dopuści końcówki o poj. 2,5 µl z filtrem i pakowane po 96 szt. w statywach lub końcówki o poj. 10 µl bez filtra pakowane po 1000 szt. w opakowaniu?

Odp.: Kończówki o poj. 10 µl bez filtra pakowane po 1000 szt. w opakowaniu.

Część 39 poz. 205

Czy Zamawiający dopuści końcówki pakowane po 250 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości zamawianych opakowań?

Odp.: Tak.

Część 39 poz. 210

Czy Zamawiający dopuści pipety serologiczne pakowane po 20 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości zamawianych opakowań?

Odp.: Tak, ale muszą być pojedynczo pakowane.

Część 39 poz. 214

Czy Zamawiający dopuści płytki Petriego z wentylacją 92 mm?

Odp.: Tak.

Część 39 poz. 220

Czy Zamawiający dopuści probówki do PCR w stripach 0,2 ml pakowane po 480 stripów?

Odp.: Tak.

Część 39 poz. 234

Czy Zamawiający dopuści pudełka do przechowywania prób o wymiarach 135x135 mm wykonane ze specjalnie laminowanego, odpornego na zimno i wilgoć kartonu

Odp.: Tak, ale muszą wytrzymywać temp. minus 70 stopni C.

Część 39 poz. 235

Czy Zamawiający dopuści butelki do hodowli 25 cm², pakowane po 20 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości zamawianych opakowań?

Odp.: Tak.

Część 39 poz. 235

Czy Zamawiający dopuści butelki do hodowli 75 cm², pakowane po 5 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości zamawianych opakowań?

Odp.: Tak.

Zmiany wynikające z powyższych odpowiedzi są integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Pozostałe warunki SIWZ bez zmian.

**ZAMAWIAJĄCY:
Dyrektor IGiHZ PAN
w Jastrzębcu**

Prof.dr hab. Edward Dymnicki